



**Signatář EA MLA**  
**Český institut pro akreditaci, o.p.s.**  
**Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3**

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů

# OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 573/2025

**NOVÁ HUŤ s.r.o.**  
**se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava**  
**IČO 23089032**

pro zkušební laboratoř č. 1178  
Hutní a chemické laboratoře

Rozsah udělené akreditace:

Zkušební a analytická činnost prováděná na surovinách, polotovarech, hotových výrobcích a vodách včetně vzorkování, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

**ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 196/2025 zde dne 25. 4. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **1. 6. 2026**

V Praze dne 11. 11. 2025



**Ing. Jan Velíšek**  
ředitel odboru zkušebních  
a kalibračních laboratoří  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

**Pracoviště zkušební laboratoře:**

- |    |                                       |                                     |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <b>Mechanická zkušebna</b>            | Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava |
| 2. | <b>Laboratoř strukturních rozborů</b> | Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava |
| 3. | <b>Spektrometrická laboratoř</b>      | Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava |
| 4. | <b>Vodohospodářská laboratoř</b>      | Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava |

**1. Mechanická zkušebna**

**Zkoušky:**

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušebního postupu/metody             | Identifikace zkušebního postupu / metody <sup>2</sup> | Předmět zkoušky          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                           | Zkouška tahem za pokojové teploty                  | PP-L/Z/1<br>(ČSN EN ISO 6892-1;<br>ASTM E8/E8M)       | Hutní výrobek, polotovár |
| 2                           | Zkouška rázem v ohybu                              | PP-L/Z/2<br>(ČSN EN ISO 148-1;<br>ASTM E23)           | Hutní výrobek, polotovár |
| 3                           | Zkouška tvrdosti podle Rockwella                   | PP-L/Z/3<br>(ČSN EN ISO 6508-1;<br>ASTM E18)          | Hutní výrobek, polotovár |
| 4                           | Zkouška tvrdosti podle Vickerse                    | PP-L/Z/4<br>(ČSN EN ISO 6507-1)                       | Hutní výrobek, polotovár |
| 5                           | Zkouška tvrdosti podle Brinella                    | PP-L/Z/5<br>(ČSN EN ISO 6506-1;<br>ASTM E10)          | Hutní výrobek, polotovár |
| 6                           | Technologická zkouška trubek ohybem                | PP-L/Z/6<br>(ČSN EN ISO 8491;<br>ASTM A106/A106M)     | Hutní výrobek            |
| 7                           | Technologická zkouška trubek rozšiřováním          | PP-L/Z/6<br>(ČSN EN ISO 8493)                         | Hutní výrobek            |
| 8                           | Technologická zkouška trubek smáčknutím            | PP-L/Z/6<br>(ČSN EN ISO 8492)                         | Hutní výrobek            |
| 9                           | Technologická zkouška trubek rozšiřováním prstence | PP-L/Z/6<br>(ČSN EN ISO 8495)                         | Hutní výrobek            |
| 10                          | Technologická zkouška trubek tahem prstence        | PP-L/Z/6<br>(ČSN EN ISO 8496)                         | Hutní výrobek            |
| 11                          | Zkouška ohybem                                     | PP-L/Z/11<br>(ČSN EN ISO 7438;<br>ČSN EN ISO 5173)    | Hutní výrobek            |
| 12                          | Zkouška únavy kovů za rotace                       | PP-L/Z/12<br>(ČSN 42 0363)                            | Hutní výrobek, polotovár |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 573/2025 ze dne: 11. 11. 2025**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušební postupu/metody                     | Identifikace zkušební postupu / metody <sup>2</sup>      | Předmět zkoušky                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 13                          | Měření geometrie žeber a vztažné plochy optickou metodou | PP-L/Z/17<br>(ČSN EN ISO 15630-1;<br>ČSN EN ISO 15630-3) | Hutní výrobek, betonářská ocel, závitové tyče |

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

## 2. Laboratoř strukturních rozborů

### Zkoušky:

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušební postupu/metody                             | Identifikace zkušební postupu / metody <sup>2</sup>           | Předmět zkoušky          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                           | Makroskopické zkoušky                                            | PP-L/M/10<br>(ČSN 42 0467;<br>ISO 4969;<br>ČSN EN ISO 17 639) | Hutní výrobek, polotovár |
| 2                           | Metalografické stanovení nekovových vměstků v oceli              | PP-L/M/12<br>(ČSN ISO 4967;<br>ASTM E45;<br>DIN 50 602:1985)  | Hutní výrobek, polotovár |
| 3                           | Mikrografické stanovení velikosti zrna oceli a neželezných kovů  | PP-L/M/13<br>(ČSN 42 0462;<br>ČSN EN ISO 643;<br>ASTM E112)   | Hutní výrobek, polotovár |
| 4                           | Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků               | PP-L/M/14<br>(ČSN 42 0469)                                    | Hutní výrobek            |
| 5                           | Stanovení hloubky oduhličené vrstvy metalografickou metodou      | PP-L/M/15<br>(ČSN EN ISO 3887)                                | Hutní výrobek, polotovár |
| 6                           | Kvantitativní metalografické zkoušky s využitím obrazové analýzy | PP-L/M/16<br>(ASTM E45;<br>DIN 50602:1985;<br>ČSN ISO 4967)   | Hutní výrobek, polotovár |
| 7                           | Metalografické hodnocení struktury litin                         | PP-L/M/17<br>(ČSN EN ISO 945-1;<br>ČSN 42 0461:1975)          | Hutní výrobek, polotovár |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 573/2025 ze dne: 11. 11. 2025**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušební postupu/metody                                                                                      | Identifikace zkušební postupu / metody <sup>2</sup>       | Předmět zkoušky |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 8                           | Zkoušení odolnosti ocelí na tlakové nádoby a trubky proti vodíkovému praskání (HIC) a jejich metalografické vyhodnocování | PP-L/M/18<br>(ANSI/NACE Standard TM0284;<br>ČSN EN 10229) | Hutní výrobek   |
| 9                           | Zkoušení kovů na odolnost proti praskání v prostředí sulfanu za současného působení tahu (SSC)                            | PP-L/M/19<br>(ANSI/NACE Standard TM0177)                  | Hutní výrobek   |

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

### 3. Spektrometrická laboratoř

**Zkoušky:**

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušební postupu/metody                                                                                                      | Identifikace zkušební postupu / metody <sup>2</sup>                                                           | Předmět zkoušky                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-5                         | Neobsazeno                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                            |
| 6                           | Stanovení Fe, Zn, Mn, Cu, Cr, Ni, Cd, Pb metodou ICP-OES                                                                                  | SOP-L/AS/1-4-1<br>(ČSN EN ISO 11885)                                                                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, podzemní voda |
| 7                           | Stanovení Hg analyzátořem AMA-254                                                                                                         | SOP-L/AS/2-1-1<br>(ČSN 75 7440)                                                                               | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, podzemní voda |
| 8-18                        | Neobsazeno                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                            |
| 19                          | Stanovení B, C, Al <sub>rozpuštěný</sub> , Al <sub>celkový</sub> , Si, P, S, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, As, Mo, Sn, Nb, N metodou OES | SOP-L/S/4<br>(ASTM E415-17)                                                                                   | Ocel                                                                                       |
| 20-22                       | Neobsazeno                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                            |
| 23                          | Stanovení C, S, O, N analyzátořem s IČ detekcí (C, S, O) a tepelně vodivostní detekcí (N)                                                 | SOP-L/S/4-4<br>(ČSN ISO 4935;<br>ČSN ISO 9556;<br>ČSN EN ISO 15349-2;<br>ČSN EN 10276-2;<br>ČSN EN ISO 10720) | Technické železo, železnorudné materiály, aglomeráty                                       |
| 24                          | Neobsazeno                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                            |

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

**4. Vodohospodářská laboratoř**

**Zkoušky:**

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušebního postupu/metody                                             | Identifikace zkušebního postupu / metody <sup>2</sup> | Předmět zkoušky                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách metodou GC-FID po extrakci rozpouštědlem | SOP-L/AM/9<br>(ČSN EN ISO 9377-2)                     | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 2*                          | Stanovení teploty                                                                  | SOP-L/AV1<br>(ČSN 75 7342)                            | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové |
| 3                           | Stanovení pH                                                                       | SOP-L/AV2<br>(ČSN ISO 10523)                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, povozní přídavná voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové  |
| 4                           | Stanovení konduktivity                                                             | SOP-L/AV3<br>(ČSN EN 27888)                           | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 5                           | Stanovení barvy spektrofotometricky                                                | SOP-L/AV4<br>(KN 75 7364)                             | Pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové               |
| 6                           | Stanovení zákalu nefelometricky                                                    | SOP-L/AV5<br>(ČSN EN ISO 7027)                        | Pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové               |
| 7                           | Stanovení volného a celkového chloru spektrofotometricky                           | SOP-L/AV6<br>(ČSN ISO 7393-2)                         | Pitná a užitková voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové                                                       |
| 8                           | Stanovení rozpuštěných látek a RAS gravimetricky                                   | SOP-L/AV7<br>(ČSN 75 7346;<br>ČSN 75 7347)            | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 9                           | Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky                                       | SOP-L/AV8<br>(ČSN EN 872)                             | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 573/2025 ze dne: 11. 11. 2025**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušebního postupu/metody                                                                     | Identifikace zkušebního postupu / metody <sup>2</sup> | Předmět zkoušky                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                          | Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK <sub>Mn</sub> ) titračně                           | SOP-L/AV9<br>(ČSN EN ISO 8467)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda, teplá voda vyrobená z vody pitné, teplá voda vyrobená z vody užitkové |
| 11                          | Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK <sub>Cr</sub> ) titračně                             | SOP-L/AV10<br>(ČSN ISO 6060)                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 12                          | Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK <sub>5</sub> ) titračně                                        | SOP-L/AV11<br>(ČSN EN 1899-1)                         | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 13                          | Stanovení chloridů titračně                                                                                | SOP-L/AV12<br>(KN 75 7503)                            | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 14                          | Stanovení síranů titračně                                                                                  | SOP-L/AV13<br>(ČSN 75 7477)                           | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 15                          | Stanovení dusitanů spektrofotometricky a dusitanového dusíku výpočtem z naměřených hodnot                  | SOP-L/AV14<br>(ČSN EN 26777)                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 16                          | Stanovení dusičnanů spektrofotometricky, dusičnanového a anorganického dusíku výpočtem z naměřených hodnot | SOP-L/AV15<br>(ČSN ISO 7890-3)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 17                          | Stanovení celkového fosforu spektrofotometricky                                                            | SOP-L/AV16<br>(ČSN EN ISO 6878)                       | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 18                          | Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky                                                            | SOP-L/AV17<br>(ČSN 75 7415)                           | Odpadní voda, provozní přídavná voda                                                                                                               |
| 19                          | Stanovení amonných iontů titračně po destilaci a amoniakálního dusíku výpočtem z naměřených hodnot         | SOP-L/AV18<br>(ČSN ISO 5664)                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 20                          | Stanovení jednosytných fenolů spektrofotometricky                                                          | SOP-L/AV19<br>(ČSN ISO 6439)                          | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 21                          | Stanovení amonných iontů spektrofotometricky a amoniakálního dusíku výpočtem z naměřených hodnot           | SOP-L/AV20<br>(ČSN ISO 7150-1)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda                                                                        |
| 22                          | Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky                                 | SOP-L/AV21<br>(ČSN EN ISO 9562)                       | Odpadní voda, provozní přídavná voda, povrchová voda                                                                                               |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 573/2025 ze dne: 11. 11. 2025**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

| Pořadové číslo <sup>1</sup> | Přesný název zkušební postupu/metody                                                                    | Identifikace zkušební postupu / metody <sup>2</sup> | Předmět zkoušky                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23                          | Stanovení celkového Fe fotometricky                                                                     | SOP-L/AV23<br>(ČSN ISO 6332)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |
| 24                          | Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) titračně                                              | SOP-L/AV24<br>(ČSN EN ISO 9963-1)                   | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |
| 25                          | Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK) titračně                                                | SOP-L/AV25<br>(ČSN 75 7372)                         | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |
| 26                          | Stanovení ZNK <sub>8,3</sub> , KNK <sub>4,5</sub> , KNK <sub>8,3</sub> a dopočet forem oxidu uhličitého | SOP-L/AV26<br>(ČSN 75 7373)                         | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |
| 27                          | Stanovení Ca titračně                                                                                   | SOP-L/AV27<br>(ČSN ISO 6058)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |
| 28                          | Stanovení tvrdosti (sumy Ca a Mg) titračně                                                              | SOP-L/AV28<br>(ČSN ISO 6059)                        | Odpadní voda, pitná a užitková voda, povrchová voda, provozní přídavná voda |

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

**Vzorkování:**

| Pořadové číslo | Přesný název postupu odběru vzorku                        | Identifikace postupu odběru vzorku <sup>1</sup>                                                                   | Předmět odběru                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Odběr vzorků pitné, užitkové a teplé vody, manuální odběr | SOP-L/AV36<br>(ČSN EN ISO 5667-1;<br>ČSN EN ISO 5667-3;<br>ČSN ISO 5667-5;<br>ČSN ISO 5667-14)                    | Pitná voda, teplá voda vyrobená z pitné vody, užitková voda, teplá voda vyrobená z užitkové vody |
| 2              | Odběr vzorků odpadní vody, automatickým vzorkovačem       | SOP-L/AV37<br>(ČSN EN ISO 5667-1;<br>ČSN EN ISO 5667-3;<br>ČSN ISO 5667-10;<br>ČSN ISO 5667-14)                   | Odpadní voda                                                                                     |
| 3              | Odběr vzorků povrchové vody, manuální odběr               | SOP-L/AV38<br>(ČSN EN ISO 5667-1;<br>ČSN EN ISO 5667-3;<br>ČSN ISO 5667-4;<br>ČSN ISO 5667-6;<br>ČSN ISO 5667-14) | Povrchová voda, provozní přídavná voda                                                           |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 573/2025 ze dne: 11. 11. 2025**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

NOVÁ HUŤ s.r.o.  
objekt číslo 1178, Hutní a chemické laboratoře  
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

<sup>1</sup> u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy,  
u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného  
postupu (včetně všech změn)

Zkratky a vysvětlivky:

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ICP OES   | – atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem                           |
| IČ        | – infračervená spektrometrie                                                          |
| OES       | – optická emisní spektrometrie                                                        |
| GC-FID    | – plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem                            |
| ANSI/NACE | – American National Standards Institute / National Association of Corrosion Engineers |
| ASTM      | – American Society for Testing and Materials                                          |
| DIN       | – Deutsche Industrie-Norm                                                             |
| RAS       | – rozpuštěné anorganické soli                                                         |