



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 70/2026

KSQ spol. s r.o.
se sídlem Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice
IČO 26025230

pro kalibrační laboratoř č. **2288**
Kalibrační laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Kalibrace měřidel v oboru délka, rovinný úhel, moment síly, tlak, teplota a relativní vlhkost, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 685/2024 zde dne 18. 12. 2024, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **12. 2. 2031**

V Praze dne 12. 2. 2026



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Délka

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1	Koncové měrky	0,5 mm	až	100 mm			$(0,7 \cdot L + 0,08) \mu\text{m}$	Měření pomocí koncových měrek	KM 301	
2	Dvoudotekové dutinoměry s úchylkoměrem	6 mm	až	400 mm			2 μm	Měření pomocí nastavovacích kroužků	KM 303	
3*	Dutinová měřidla	2 mm	až	315 mm			2 μm	Měření pomocí nastavovacích kroužků	KM 304	
4	Mikrometrické odpichy	25 mm 300 mm	až	300 mm 600 mm			2 μm 3 μm	Měření na délkoměru	KM 305	
5*	Mikrometrická měřidla na vnější měření Mikrometrické hloubkoměry	0 mm 50 mm 100 mm 300 mm 0 mm	až	50 mm 100 mm 300 mm 500 mm 300 mm			1 μm 2 μm 3 μm 5 μm 2 μm	Měření pomocí koncových měrek	KM 306	
6*	Posuvná měřidla Posuvné výškoměry	0 mm 250 mm 1500 mm 0 mm 450 mm 0 mm	až	250 mm 1500 mm 2500 mm 450 mm 1200 mm 1200 mm	DS 0,01 mm DS 0,001 mm DS 0,0001 mm		0,01 mm 0,02 mm 0,03 mm 2 μm 3 μm $(3,5 \cdot L + 0,25) \mu\text{m}$	Měření pomocí koncových měrek Měření pomocí stupňové měrky	KM 307	
7	Závitové kalibry - trny Závitové kalibry - kroužky	1 mm 3 mm	až	200 mm 200 mm			2 μm 2 μm	Měření na délkoměru	KM 309	
8	Hladké kalibry - vnější měření Hladké kalibry - vnitřní měření Mezní kroužky	0 mm 3 mm 3 mm	až	500 mm 300 mm 300 mm			0,5 μm 0,8 μm 0,8 μm	Měření na délkoměru	KM 310	

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
9	Měřicí lupy	0 mm	až	100 mm			3 μm	Měření na mikroskopu	KM 311	
10	Zkušební síta	0 mm	až	125 mm			3 μm	Měření na mikroskopu	KM 312	
11	Ocelová měřítka a pravítka	0 mm	až	2000 mm			3 μm	Měření na mikroskopu a porovnání s etalonovým měřítkem	KM 313	
12	Ocelové svinovací metry	0 mm	až	10 m			0,2 mm	Porovnání s etalonovým měřítkem	KM 314	
13*	Pasametry a tloušťkoměry	0 mm	až	500 mm			1 μm	Měření pomocí koncových měrek	KM 317	
14*	Úchylkoměry	0 mm	až	200 mm			0,5 μm	Měření na speciálním měřicím zařízení	KM 318	
15*	Měřicí mikroskopy a profilprojektory	0 mm	až	300 mm			3 μm	Měření skleněným měřítkem	KM 319	
	Optické měřicí systémy s kamerovým snímáním	0 mm	až	280 mm			1,2 μm	Měření skleněným měřítkem a speciálními měrkami		
16*	Optické skenery pro měření rotačních dílů - průměr	0 mm	až	180 mm			(3·L +0,6) μm	Měření speciálním etalonem průměru	KM 320	
	- délka	0 mm	až	1250 mm			(5·L +0,8) μm	Měření speciálním etalonem délky		
17	Výtokové pohárky	0 mm	až	10 mm			3 μm	Měření na mikroskopu	KM 321	
18	Nožová pravítka	0 mm	až	150 mm			0,5 μm	Měření na délkoměru	KM 322	
		150 mm	až	500 mm			1 μm			
19	Lístkové spároměry	0 mm	až	3 mm			0,5 μm	Měření na délkoměru	KM 323	
20*	Souřadnicové měřicí stroje	0 mm	až	2000 mm			(1,5·L +0,5) μm (0,7·L +0,3) μm	Měření pomocí koncových měrek Měření pomocí stupňové měrky Měření laserovým interferometrem	KM 324	
		0 mm	až	10000 mm			(0,8·L +0,1) μm			

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
21*	Rovinnost / průměrné desky	0 mm	až	110 mm		rozměr desky 50 mm až 8000 mm	6 μm	Měření elektronickou libelou	KM 308	
22*	Odchylka kolmosti / Kontrolní úhelníky 90°	0 mm	až	0,2 mm		délka ramene 0 mm až 200 mm 200 mm až 630 mm	2 μm 3 μm	Porovnání s průměrným válcem pomocí koncových měrek	KM 316	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

L jmenovitá délka (m)

DS dílek stupnice

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Rovinný úhel

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min jedn.	max jedn.					
1*	Úhloměry	0 °	až 360 °		2‘	Měření pomocí úhlových měrek	KM 315	
2*	Měřicí mikroskopy, profilprojektory a optické měřicí systémy s kamerovým snímáním	0 °	až 360°		2‘	Měření pomocí úhlových měrek	KM 319	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Moment síly

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn. max jedn.					
1 *	Momentové klíče, momentové šroubováky, momentové utahováky	0,2 N·m	až 250 N·m		1 %	Měření pomocí snímače momentu síly (ČSN EN ISO 6789-2)	KM 501	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Tlak

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Praco- viště
		min	jedn. max jedn.					
1 *	Deformační tlakoměry (manometry), elektromechanické tlakoměry, převodníky tlaku, měřicí řetězce tlaku	-95 kPa	až 0 kPa	Podtlak - plyn	75 Pa	Porovnání s etalonovým tlakoměrem	KM 401 KM 402	
		0 kPa	až 35 kPa	Přetlak - plyn	10 Pa			
		35 kPa	až 200 kPa		75 Pa			
		0,2 MPa	až 2 MPa		0,6 kPa			
		2 MPa	až 7 MPa	Přetlak - kapalina, plyn	2,1 kPa			
		7 MPa	až 20 MPa	Přetlak - plyn	21 kPa			
		7 MPa	až 35 MPa	Přetlak - kapalina	21 kPa			
		35 MPa	až 70 MPa	Přetlak - kapalina	42 kPa			
		0 kPa	až 200 kPa	Absolutní tlak - plyn	60 Pa			
		0,2 MPa	až 2 MPa		0,6 kPa			

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Teplota

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Přímoukazující teploměry číselníkové	-10 °C	až	80 °C			0,2 °C	Porovnávací měření s etalonem v kapalinové lázni/blokové picce	KM 102	
		80 °C	až	100 °C			0,3 °C			
		100 °C	až	300 °C			0,8 °C			
2*	Přímoukazující teploměry elektronické (indikační) a dataloggery, vč. měřících řetězců teploty	-90 °C	až	-50 °C			0,09 °C	Porovnávací měření s etalonem v kapalinové lázni/blokové picce, v klimatizační komoře	KM 105	
		-50 °C	až	0 °C			0,07 °C			
		0 °C					0,06 °C			
		0 °C	až	100 °C			0,07 °C			
		100 °C	až	250 °C			0,09 °C			
		250 °C	až	300 °C			0,10 °C			
		350 °C	až	420 °C			0,11 °C			
		420 °C	až	650 °C			0,14 °C			
		650 °C	až	1100 °C			1,4 °C			
		1100 °C	až	1300 °C			2,0 °C			
		1300 °C	až	1600 °C			2,4 °C			
3*	Bezdotykové teploměry (pyrometry)	23 °C	až	50 °C			1,7 °C	Porovnávací měření s etalonem na černém tělese	KM 106	
		50 °C	až	150 °C			1,8 °C			
		150 °C	až	200 °C			2,0 °C			
		200 °C	až	250 °C			2,3 °C			
		250 °C	až	300 °C			2,8 °C			
		300 °C	až	400 °C			3,3 °C			
		400 °C	až	500 °C			3,8 °C			

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

- ² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejmenší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratorů dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.
- ³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

KSQ spol. s r.o.
objekt číslo 2288, Kalibrační laboratoř
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice

CMC pro obor měřené veličiny: Vlhkost vzduchu

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1	Vlhkoměry pro měření relativní vlhkosti vzduchu, vlhkoměry elektronické a kombinované, datalogery	30 % RH	až	80 % RH		20 °C až 25 °C	2,0 % RH	Porovnání s etalonovým měřidlem relativní vlhkosti, měření v klimatizační komoře	KM 201	
		80 % RH	až	90 % RH		20 °C až 25 °C	2,3 % RH			

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).