**Příloha je nedílnou součástí**
**osvědčení o akreditaci č.: 440/2019 ze dne: 29. 8. 2019**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:**

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Kalibrační laboratoř vodoměrů
Jana Svobody 830/12, 614 00 Brno

**Obor měřené veličiny: průtok**
**Kalibrace:** Nominální teplota pro kalibraci: (15 až 28) °C

| Pořadové číslo [1] | Měřená veličina | Rozsah měřené veličiny | Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] [2] | Identifikace kalibračního postupu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Objem vody v definovaném rozsahu průtoků, objemovou metodou s pevným startem teplota vody pro kalibraci (5 až 30) °C | (0,02 až 160) $m^3/h$ | 0,25 % MH | Interní metodika č. 01-IM |
| 2. | Objem vody v definovaném rozsahu průtoků, hmotnostní metodou s pevným startem teplota vody pro kalibraci (5 až 30) °C a (45 až 55) °C | (0,01 až 10) $m^3/h$ | 0,20 % MH | Interní metodika č. 01-IM |

[1] v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

[2] vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při k = 2

**Měřené přístroje či zařízení:**

(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny následující typy přístrojů či zařízení)

| Pořadové číslo | Typ měřeného přístroje či zařízení |
|---|---|
| 1. | Vodoměry a průtokoměry na studenou vodu pro průtoky Q = (0,02 až 160) $m^3/h$ a průměru připojovacího potrubí DN 40 mm až DN 100 mm. |
| 2. | Vodoměry a průtokoměry na studenou a teplou vodu pro průtoky Q = (0,01 až 10) $m^3/h$ a průměru připojovacího potrubí DN 15 mm až DN 40 mm. |

**Vysvětlivky:**

MH měřená hodnota

DN jmenovitá světlost potrubí