

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VZLU AEROSPACE, a.s.
objekt číslo 2303, Kalibrační laboratoř
Beranových 130, 199 05 Praha 9 - Letňany

CMC pro obor měřené veličiny: Síla

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Praco- viště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Tenzometrické siloměry	0,1 kN	až	500 kN		tah, tlak	0,05 %	Měření pomocí snímače síly	PP-SVŘ-034 (ČSN EN ISO 376)	
2*	Stroje pro mechanické zkoušky materiálu	0,1 kN	až	500 kN		tah, tlak	0,05 %	Měření pomocí snímače síly	PP-SVŘ-029 (ČSN EN ISO 7500-1)	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnížší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedená vychází z nejlepších podmínek laboratoří dosažitelných; hodnota nejistoty konkrétní kalibrace může být vyšší v závislosti na podmínkách takové kalibrace. Pro totožné krajní hodnoty navazujících rozsahů platí vždy nižší hodnota nejistoty.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).