

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

**NUVIA Dosimetry, s.r.o.**  
Laboratoř osobní dozimetrie  
Na Truhlářce 39/64, Libeň, 180 00 Praha 8

*Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.*

**Zkoušky:**

Pořadové číslo <sup>1</sup>	Přesný název zkušební postupu/metody	Identifikace zkušební postupu/metody <sup>2</sup>	Předmět zkoušky
1.	Stanovení osobních dávkových ekvivalentů $H_p(10)$ , $H_p(0,07)$ metodou filmové dozimetrie v polích fotonového a elektronového záření a stanovení efektivní dávky E výpočtem.	SVP-1	Osobní filmový dozimetr NUVIA

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:

SVP standární vyhodnocovací postup

$H_p$  osobní dávkový ekvivalent

E efektivní dávka